

高速

自平衡

屏显

数显防电击脉冲交流离子棒

Intelligent self-balancing LCD display ion bar

AP-AB1238



☎ 021-6451 7861

🌐 www.ap-static.cn



公众号




视频号




抖音

产品适用于电子、光电、半导体等行业


有效解决因静电产生的问题




除静电




防止异物粘附



防止物料飞溅



防止静电击穿




防止供料器堵塞

智能遥控



可实现传统结构 2 倍的消电速度

消电速度是
传统离子棒的 2 倍



智能联网


多种联网方式，在线监控离子棒工作状态




智能遥控

可以调节清洁周期，频率及离子平衡度

◆ 负高压幅值可遥控调节，用于离子平衡电压的调整。



◆ 正、负离子输出频率可调，可适用于不同的消电距离，实现较快的消电速度。



智能遥控

可以调节清洁周期，频率及离子平衡度



按键功能说明		
功能	符号	操作说明
解锁		调节运行参数前，须先解锁
运行 / 暂停		高设备通电后，即为运行状态；按暂停键设备待机（STOP），无高压输出；再次按运行键，设备即开始工作
调节清洁周期	$CT_{TH} \rightarrow +/-$	①开启清洁报警功能（参考【清洁报警功能】操作说明） ②按 CT_{TH}，再按 $+/-$，增加或减少清洁时间周期 清洁周期调节范围 1-60 天，默认设置为 15 天，设定的清洁时间周期结束后（0 天），执行蓝光闪烁清洁报警 * 说明：由于产品出厂默认清洁报警功能为关闭状态，若需要调节清洁周期，需先开启清洁报警功能
清洁报警功能	解锁 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ OK	开启清洁报警功能： ①操作遥控器：解锁——5——OK ②产品指示灯变化：由白灯短暂亮起（1s）变化为绿灯（5s），最终变为蓝灯闪烁 ③指示灯蓝色闪烁后，请将产品断电重启 ④重新通电后，指示灯绿灯常亮即可 关闭清洁报警功能： ①操作遥控器：解锁——5——OK ②产品指示灯变化：由白灯短暂亮起（200ms）变化为绿灯常亮即可
调节占空比	$PWM \rightarrow +/-$	先按 PWM，再按 $+/-$ ，增加或减少正、负离子输出比
调节频率	$FREQ \rightarrow +/-$	先按 FREQ，再按 $+/-$ ，增加或减少正、负离子输出频率
输出正高压	$CAL \rightarrow IB_p$	先按 CAL，再按 IB_p ，只正高压输出
调节正高压	$IB_p \rightarrow +/-$	先按 IB_p ，再按 $+/-$ ，增加或减少正高压输出幅值
输出负高压	$CAL \rightarrow IB_N$	先按 CAL，再按 IB_N ，只负高压输出
调节负高压	$IB_N \rightarrow +/-$	先按 IB_N ，再按 $+/-$ ，增加或减少负高压输出幅值
确认	$CAL \rightarrow OK$	注：各个频率及电压档位的输出参数调节完成后，须先按 CAL，再按 OK，进行确认；否则易产生误报警动作
复位	$CAL \rightarrow$	恢复出厂设置，先按 CAL，再按
高压输出 默认设置 (根据性能调试 情况，电压会有差异)	$CAL \rightarrow 1$	正负高压输出幅值为：+4500V/-4000V
	$CAL \rightarrow 2$	正负高压输出幅值为：+5000V/-4500V
	$CAL \rightarrow 3$	正负高压输出幅值为：+5500V/-5000V
	$CAL \rightarrow 4$	正负高压输出幅值为：+6000V/-5500V
	$CAL \rightarrow 5$	正负高压输出幅值为：+6500V/-6000V
	$CAL \rightarrow 6$	正负高压输出幅值为：+7000V/-6500V
当平板电荷测试仪或物体表面正电压较大时，先按 IB_N ，再按 +；当平板电荷测试仪或物体表面负电压较大时，先按 IB_N ，再按 -；直至将平衡电压调至理想状态。		


脉冲交流

对比工频交流离子棒，消电效果更好

◆ 脉冲 AC 与传统 AC 的对比

脉冲 AC 方式给每根电极针交替施加 “+” “-” 高压，生成两种极性离子的方式。

与工频 AC 方式相比，离子产生利用率更高，无论为近距离或远距离，均可发挥其静电消除能力。此外，放电频率可调节，可延长消电距离。正负离子输出比可调节，便于智能化控制。



◆ 物体表面所带静电 3 种情况



调整 T_p 变小，使正电压作用能力变小，作用时间变短，正离子输出变少，负离子输出变多，中和物体表面多余的正电荷



调整 T_p 变大，使正电压作用能力变大，作用时间变长，正离子输出变多，负离子输出变少，中和物体表面多余的负电荷




调整占空比 $[T_p/(T_p+T_n)]$ 到适当比例，输送出相同数量的正、负离子，去中和物体表面静电荷

高效除静电


远离静电困扰，给你一个干净的生产环境

静电消除时间：距离 300mm 可在 2s 内高速消除静电


静电消除距离：最大可覆盖 300mm 宽度



500mm 棒长 AP-AB1238 在 0.3MPa 气流压力下的消电时间分布图



500mm 棒长 AP-AB1238 在 0.3MPa 气流压力下的离子平衡电压分布图



测试标准：ANSI/ESD.STM3.1，SJ/T 11446—2013

测试仪器：Trek 平板电荷测试仪

测试电压： $\pm 1000V \rightarrow \pm 100V$ 衰减

测试环境：湿度： $50 \pm 5\%$ ；温度： $23 \pm 3^\circ C$


产品特点

注重安全性、易用性、耐用性



■ 防电击

防止对工作人员造成电击伤害。



■ 更换放电部件，操作简单

当放电针损坏，需要更换电极针，逆时针方向旋转针座即可更换。



■ 低平衡电压，优越的平衡稳定性

棒体自带液晶显示屏，实时显示工作状态、工作参数信息。




■ CE 认证

通过 CE 认证，可有效避免外界电磁干扰影响离子棒正常工作。这是一款高安全性高信赖性的静电消除器。

产品特点

注重安全性、易用性、耐用性




■ 气流加速结构

离子棒风嘴具备气流加速结构，可实现传统结构 2 倍的消电速度。




■ 标配钨合金针

对比钛、硅材质，钨合金使用寿命更长。



■ 联网监控

可实现有线联网通讯，监控离子棒工作状态。




■ 智能遥控

离子输出特性，可用遥控器调整。

产品规格

产品参数 / 产品细节 / 产品尺寸

◆ 产品细节



液晶屏参数显示说明		
显示标记	标记说明	图示
RUN/STOP	运行 / 暂停显示	
[^] 00	显示当前设备工作地址: 00	
^ε 07	显示当前设备清洁周期: 07 (单位: 天)	
^ƒ 105	显示当前设备高压输出频率: 105Hz	
^ᵀ 50	显示当前设备高压输出占空比: 50%	
HV Warning	当前设备高压报警	
RJ45 端口		
离子棒 RJ45 右端口	其橙绿灯随工作频率交替闪烁, 绿灯正高压工作, 橙灯负高压工作。	
离子棒 RJ45 左端口	其绿灯为上电指示灯, 橙灯闪烁为通讯状态显示。	

频率选择编码开关信息	
0: 暂停	
1: 0.1HZ	
2: 0.5HZ	
3: 1HZ	
4: 5HZ	
5: 10HZ	
6: 30HZ	
7: 55HZ	
8: 65HZ	
9: 105HZ	
A: 105HZ	
B: 105HZ	
C: IR/PC 可遥控或联机进行频率设置 (给定频率切换)	
D: IR/PC 可遥控或联机进行频率设置 (给定频率切换)	
E: 负高压输出 (N:95%、P:5%-105HZ)	
F: 正高压输出 (P:95%、N:5%-105HZ)	


网口排线功能信息		
1、2	橙、白橙	VCC: +24VDC
3	蓝	RS485+B
4	白蓝	RS485+A
5	绿	GND
6	白绿	GND
7	棕	HV _{AL} : 消电器高压报警
8	白棕	ACT: 消电器上电指示 Clean: 消电器清洁指示
9	Metal shield	PE
其中, 7、8 脚的输出配线图如下:		

产品规格

产品参数 / 产品细节 / 产品尺寸

◆ 产品尺寸

单位：mm



产品规格

产品参数 / 产品细节 / 产品尺寸

◆ 产品参数


产品型号	AP-AB1238
输入电压	DC 24V
功 率	10W
工作电压	±4000V~±7000V
离子发射	脉冲交流
发射电极	钨
输出频率	0.1,0.5,1,5,10,30,55,65,105Hz; (出厂设置: 105Hz)
占空因数	5%—95%
耗电范围	L*W*H: 棒长: 300*1000mm
安装距离	100 → 1000mm
离子平衡	≤ ±30V (AVG)
耗电时间	≤ 2s
状态指示	绿灯 - 正常工作, 蓝灯 - 待机, 蓝灯闪烁—调试 / 清洁, 红灯 - 高压异常
清洁时间	默认 15 天
信号输出	RS485 通讯 (115200bps,8,1,n,n) (≥ 20ms)
	集电极开路 (< 50V/100mA)
显示输出	液晶屏
气流压力	≤ 0.6MPa
带节流阀 气源接头	Φ8-G1/8 灰色
工作温度	0°C -50°C
工作湿度	< 70%
外形尺寸	L*W*H: {350-3000 (针间距 50mm)}*36*68.2mm
产品材质	阻燃 PVC、ABS、SUS、W
安装附件	可 180°旋转安装挂角、M5-12*12*4 四方螺母、1m 黄绿接地线
适配电源	GRT-240200: INPUT: 100—240VAC 50/60Hz; OUTPUT: 24VDC 2000mA 双网口输出 L*W*H: 123*61*40.5mm
适配电源网线长度	2.5m
质保年限	1 年
认证证书	CE

产品使用

使用步骤 / 安装位置 / 包装附件


◆ 产品使用步骤

01




- 从包装箱内取出离子棒、适配电源、黄绿接地线、电源网线，及不锈钢安装挂角等附件，将不锈钢安装挂角安装到离子棒上基座安装卡槽上。

02




- 将黄绿接地线的一端电连接到离子棒的接地螺柱上，另一端电连接到交流设备地。

03



- 将电源连接线的一端插入电源适配器 RJ45 插口内，另一端插入棒体上的电源 RJ45 插口内，一个适配器最多可联两根离子棒。

04



- 将棒体上的气源接头连接至气源发生设备，打开气源开关。网口电源指示灯亮，及面板指示灯亮绿色显示离子棒工作。

05




- 适宜的气流压力下，用遥控器调节电压输出参数。

产品使用



使用步骤 / 安装位置 / 包装附件

◆ 产品安装位置


- ▶ 使用离子棒时，应将其放置于消除静电的工作区域内，安装角度应垂直于带电体表面。频率选择及安装距离可根据各自静电安全及工艺管控要求，参考以下示意图表。（出厂设置是 105Hz，如需调节输出频率，可参见面板的工作参数拨码开关使用说明，如果想看调整结果，配置平板测试仪）。




工作频率 (Hz)	安装距离 (mm)	设置场所
105	100-300	光电、半导体器件、硬盘等低平衡度要求
55	300-400	光电器件等低平衡度要求
30	300-600	薄膜等快速移动物体；电子器件等低平衡度要求
10	600-800	物料填充、传输
5	800-1000	稍远距离消电




- ▶ 离子棒条形接地电极不允许覆盖他物。
- ▶ 两根离子棒并排安装间隔 300mm 以上为宜，如果要面对面安装，两根离子棒需错开 300mm 以上为宜。




- ▶ 距离墙壁等障碍物 200mm 以上为宜。



- ▶ 离子棒放电电极周围应至少远离金属导体、金属接地体 30mm 以上，棒体必须可靠连接接地线。



- ▶ 离子棒安装角度可调整：



◆ 包装附件

品名	图片	料号	规格	数量
电源适配器		AP2930003	GRT-240200 DC24V 2A P/N:1/2+ 5/6- 网口金属 PE	1
国标电源线		8YXG25110	标配 1.8m, 可选 3m/5m	1
两端水晶头黑色屏蔽网线		8WXI00004	标配 2.5m, 可选 5m/10m	1
单端水晶头黑色屏蔽网线		8WXI00002	FUTP CAT.5E 26AWG 4Pair Jacket PVC OD:5.6±0.2mm 套袋子	选配
L 型不锈钢安装支架		AP8038005	高 25mm / 宽 16mm/ 厚 3mm 孔径 5.1mm	4
四方螺母		AP8933000	M5*12*12*4	2
304 不锈钢弹垫圈		AP8943000	M5	6
304 不锈钢平垫片		AP8946004	M5	6
304 不锈钢盘头十字螺丝		AP8900001	M5*12	6
六角螺母		1LML05000	M5	4
进气节流阀		3JTQF0801	标配 8mm, 可选 6mm	1
放电针组件		AP6620003	—	—
遥控器		AP2253011	红外遥控器 (L*W*H : 85.76*39.76*6.66)	1
黄绿接地线		AP6640072	线径 0.5mm ² , 长度 1000mm, 一端 4.2mm 接地片, 一端 4mmU 型端子	1
弹簧垫圈		1TD004000	M4	1
304 手拧螺丝单头滚花		AP8906016	M4*5	1

▲ 安全警示

- ▶ 在安装和使用本设备之前请仔细阅读使用说明书。
- ▶ 整套设备在使用过程中，必须可靠接地，否则易导致离子棒异常甚至损坏。
- ▶ 不宜在 > 70% 湿度环境中使用本设备。
- ▶ 严禁在易燃和易爆环境中使用本设备。
- ▶ 严禁擅自拆卸产品，内部维护和修理必须由专业人员进行。
- ▶ 产品工作时严禁沾染液体，否则会发生异常，导致触电或火灾。
- ▶ 检查或更换产品时，须关闭电源，否则可能会造成触电或火灾。
- ▶ 产品通气为干燥洁净的空气或氮气，气源中如含有水分或油脂将造成产品工作异常或损坏。
- ▶ 产品专为除静电而设计，严禁做其它用途，任何非正常使用可能会造成机器故障、触电、火灾等隐患。
- ▶ 通电状态下，严禁触碰电极针，否则易造成故障和触电事故。
- ▶ 放电针为尖锐金属物，请小心使用。
- ▶ 产品通电前，请检查所配电源规格，任何不符合规格的电源供电会给产品造成损坏甚至故障。
- ▶ 请定期检查产品电源线 / 通信线，如有破损请立即更换，否则易造成漏电、通信不良、工作异常等问题。

▲ 故障解决方案

NO	出现的问题	可能的原因	解决方案
1	标贴面板指示灯不亮	电源线接触不良	确认电源线是否完好及连接稳固
		电源不匹配	确认电源规格型号 (INPUT: 100—240VAC 50/60Hz; OUTPUT: 24VDC 2000mA)
2	邻近面板标贴的 RJ45 端口指示灯不亮	电源线接触不良	确认电源线是否完好及连接稳固
		电源不匹配	确认电源规格型号 (INPUT: 100—240VAC 50/60Hz; OUTPUT: 24VDC 2000mA)
		无供电，上电指示灯——绿灯不亮	检查供电线路
		无通讯联接或通讯故障，通讯指示灯——橙灯不亮	检查通讯联接及软件设置
3	远离面板标贴的 RJ45 端口指示灯不亮	电源线接触不良	确认电源线是否完好及连接稳固
		电源不匹配	确认电源规格型号 (INPUT: 100—240VAC 50/60Hz; OUTPUT: 24VDC 2000mA)
		工作模式不正确—一只绿灯亮 (只有正高压工作)	拔掉电源线，重新启动离子棒；或重新设置工作频率 (此灯不作为判断高压模组故障的依据)
		工作模式不正确—一只橙灯亮 (只有负高压工作)	
		占空因数过小，绿灯较暗	调整占空因数，直至离子平衡良好；如调整无效果，须返厂维修
		占空因数过大，橙灯较暗	调整占空因数，直至离子平衡良好；如调整无效果，须返厂维修
4	液晶显示屏不亮、异常或花屏	非正常放电	检查设备接地是否良好，确认接地良好后重启设备；如仍存在此故障，须返厂维修
5	除电性能明显下降	放电针污染及损坏	清洁或更换放电针
		放电座是否旋紧	确认旋紧放电座
		离子棒设置方位不妥	确认最佳安装位置
6	除电性能降低	离子棒周围存在导体或其它离子棒	移除 (动) 导体或其它离子棒
7	面板指示灯亮红色	电磁干扰	关闭电源开关 / 拔掉电源连接线，重新启动离子棒
		非正常放电	确认安装位置及远离周围导体
		高压模组无供电	
		高压模组损坏	
8	面板指示灯蓝灯闪烁	离子棒底部电极针两侧条形接地电极，接地不良	返厂维修

9	无法消电	高压模组损坏	返厂维修
		主板芯片损坏	
		接地不良 / 无接地导致的主板芯片故障	检查离子棒及厂房设备接地情况
10	产品冒烟或烧损	高压模组损坏或放电座绝缘损坏	返厂维修

▲ 维修保养

- 为保证该产品性能的良好，应根据使用环境及所需静电防护要求，及时清理、维护，即：用静电毛刷、无尘棉签、无尘布蘸取无水酒精轻轻地清除放电电极、放电插座和金属放电体上的积碳物，其性能会有明显的提高。注意：
 - A、必须在切断电源 10 分钟后操作。
 - B、离子棒在使用过程中，当针尖出现积灰或白色生成物时，须进行清洁。当使用毛刷不能达到清洁要求时，可使用无尘棉签蘸取无水酒精清洗。
 - C、清洁后，必须等酒精完全挥发后，再通电工作，不能使用其它任何有机溶剂清洁棒体。
- 棒体面板上的电源插入端口的开关工作指示灯如熄灭不亮，应停止使用，并经专业维护人员检查修复，待检测电性能指标正常后方可使用。

▲ 售后服务

- AP-AB1238 数显防电击脉冲交流离子棒出厂前经过严密的测试检验、老化处理，性能完全达到使用说明所标注的相关指标。
- AP&T 对用户作如下承诺：从购买之日起一年内，本公司免费修理或更换任何经本公司检查已经具有缺陷的零部件。但此项承诺不适用以下情况：
 - (1) 设备被错误使用、安装；
 - (2) 使用过程中的疏忽、意外所致的损坏；
 - (3) 自行改动、拆装或已经其他非安平公司授权的服务部门维修过。
- 合金电极属易耗品，不属保修范围，本公司为客户维修时须收费更换。
- 除上述规定的部件修理或更换外，AP&T 不承担任何因产品错误使用而产生的相关责任。

AP&T®

安平静电

专业创造价值

SPECIALITY CREATES VALUE

专业提供静电分析智能监控及静电消除

电话: 021-6451 7861

官网: www.ap-static.cn

地址: 上海市徐汇区桂箐路 69 号 27 号楼 2-3 层



扫一扫关注
安平静电